

Sarunu procedūras Nr.LU CFI 2010/6

„Rezerves daļu iegāde
UV-VIS-IR spektroskopijas sistēmas remontam”

PROTOKOLS

Rīgā, 12.10.2010.

Nr. 2010/6

Iepirkuma komisijas priekšs.
Iepirkuma komisijas locekļi:

Andris Krūmiņš
Donāts Millers
Pēteris Kūlis
Vismants Zauls

Iepirkuma komisijas sekretārs

Jānis Pinnis

Komisijas izveidošanas pamatojums: rīkojums nr.3-v no 18.05.2007.

Dienaskārtībā:

1. Iepirkuma komisijas locekļu iepazīšanās ar pretendenta piedāvājumu.
2. Pretendenta tehniskā piedāvājuma atbilstības tehniskajām specifikācijām vērtēšana.
3. Iepirkuma komisijas lēmuma pieņemšana.

Norise:

1. Jānis Pinnis ziņo par iepirkuma priekšmetu, par procedūras izvēli, par saņemto piedāvājumu un par tā formālo atbilstību uzaicinājumā izvirzītajām prasībām

No Lietuvas firmas „Ekspla” 2008.gada 26.jūnijā tika saņemta UV-VIS-IR spektroskopijas sistēma un pašlaik šai iekārtai nepieciešams remonts ar paredzamo līgumcenu 22 240 Ls (detalas: 21 040 Ls; darbs: 1 200 Ls). Paredzētais finansējums – no EIRATOM projekta.

Iekārtas galvenā daļa ir Lietuvas firmas „Ekspla” ražotie lāzers un optiskais parametriskais ģenerators. Patreiz lāzera un optiskā parametriskā ģeneratora tehniskie parametri ir pasliktinājušies un līdz ar to iekārta nav izmantojama. Paredzamajā iepirkumā ir jāveic lāzera un optiskā parametriskā ģeneratora remonts un papildināšana – jānomaina bojātās un novēcojušās detalas un mezgli, lai atgrieztu iekārtas tehniskos parametrus paredzētajā līmenī. Vajadzīgo detaļu un mezglu ražotājs arī ir firma „Ekspla”.

Iepirkums tika veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 63.panta 2.daļas 2. punktam: „pasūtītājam nepieciešamas papildu piegādes no sākotnējā preču piegādātāja (ražotāja), lai papildinātu vai daļēji nomainītu tā rīcībā jau esošās preces vai iekārtas, jo, izvēloties citu preču piegādātāju (ražotāju), pasūtītājam vajadzētu iepirkīt preces, kuras tehniski atšķirtos no tā rīcībā jau esošajām precēm, un šāda atšķirība radītu ar preču vai iekārtu uzturēšanu un ekspluatāciju saistītas grūtības”, t.i., tika piemērota sarunu procedūra, nepublicējot paziņojumu par līgumu (IUB saskaņojuma vēstule Nr.2-3/3597 no 11.10.2010.).

Uzaicinātais pretendents – Lietuvas firma “EKSPLA” UAB, Savanoriu 231, LT-02300, PVN maksātāja reģ.Nr. LT217064917 ir iesniedzis atbilstošu piedāvājumu par summu 31 645.00 EUR = 22440 Ls.

2. Pretendenta tehniskā piedāvājuma atbilstības tehniskajām specifikācijām vērtēšana.

Iepirkuma komisijas locekļi iepazīstas ar firmas „Ekspla” piedāvājumu un balsojot vērtē piedāvājuma atbilstību tehnisko specifikāciju prasībām. Vienbalsīgi tiek konstatēts, ka firmas „Ekspla” iesniegtais piedāvājums atbilst tehnisko specifikāciju prasībām.

3. Lēmums. Nemot vērā augstāk minēto iepirkumu komisija nolēma:
slēgt līgumu par rezerves daļu piegādi UV-VIS-IR sistēmai un to iebūvēšanu šajā sistēmā ar Lietuvas firmu “Ekspla” par summu 31 645.00 EUR.

4. Citi jautājumi, iebildumi un papildinājumi - nav.

Iepirkuma komisijas priekšs.: Andris Krūmiņš

Pēteris Kūlis

Vismants Zauls

Iepirkuma komisijas sekretārs Jānis Pinnis