


“Apstiprinu”  
Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs

  
/paraksts

A.Krūmiņš  
13.04.2016.

**Piegādātāja jautājums 12.04.2016. par LUCFI 2016/4 2.daļas 9.pozīciju un  
Iepirkumu komisijas atbilde 13.04.2016.**

**2.daļa: Laboratorijas materiāli (2)**

N. p.k.	Minimālās tehniskās prasības (produkta nosaukums un veids)	Daudzums*	Piegādātāja jautājums	Pasūtītāja atbilde
9	Abrazīva griezējripa, diametrs 200 mm, biezums 0.7-0.9 mm, metālam, plastmasai.	5 gab.	Vai Buehler produkts ar kataloga Nr. 114248 un izmēriem: diametrs 203 mm jeb 8 collas, biezums 0.9 mm jeb 0.04 collas tiks uzskatīts par ekvivalentu prasītajam?	Buehler produkts ar kataloga Nr. 114248 un izmēriem: diametrs 203 mm jeb 8 collas, biezums 0.9 mm jeb 0.04 collas tiks uzskatīts par ekvivalentu prasītajam. Ja pasūtītāja tehniskajā specifikācijā izmēri ir doti metriskajā sistēmā, bet ražotāja specifikācijā izmēri ir collās (vai otrādi), pretendenta piedāvājumā ir pieļaujamas nelielas pamatotas novirzes no prasītajiem izmēriem.